

26/6/67ตรวจ เอ็น แอล ซีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สสจ.สงขลา



1.ป้ายคลินิก NLC LAB ตัวอักษรสีแดงต้องมองให้เห็นชัดเมื่อปิดประตูแล้ว แนะนำให้ทำป้ายชื่อเพิ่มด้วยวัสดุคงทนถาวร และ แยกป้ายเวลาทำการระบุเวลาเปิด – ปิดให้ชัดเจน



1.2 แก้ไขป้ายสติ๊กเกอร์จากคลินิกตรวจเลือดจะนะ เป็น เอ็น แอล ซี แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์

2.จุดพักนั่งคอยมีพนักงานไม่อย่างน้อย 5 ที่นั่ง (มีแล้ว)

3 ป้ายสอบถามอัตราค่าบริการ สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรไม่นับวรรณยุกต์ (ของร้านขนาดยังไม่ตามเกณฑ์แจ้งให้ปรับ)



4 แผ่นป้ายสายด่วนขึ้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และแผ่น CPR คำประกาศิตผู้ป่วยให้ติดให้ผู้ป่วยเห็นชัดเจน (ทำแล้ว)

5 เวชระเบียนใช้โปรแกรม I SOFT

- ให้เพิ่มหัวข้อบุคคลที่ติดต่อฉุกเฉิน
- มีแนวทางป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลับของผู้ป่วย
- แนะนำการสร้างรหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบสำรองข้อมูล ต้องมี 2ส่วน ที่ร้านใช้ 1.CLOUD 2โปรแกรม I SOFTมีการจัดเก็บให้ในGOOGLE DRAIVE 3. PRINTผลแลป
- โปรแกรมสามารถรายงานสรุปยอดผู้ป่วยประจำวัน ประจำปีได้ (ทำได้)
- เพิ่มเบอร์โทรของคลินิกในหน้าเวชระเบียน (แจ้งให้ทราบแล้ว)



6.เพิ่มเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม I SOFT

7..เตียงต้องเป็นเตียงที่มั่นคง สามารถCPได้ (ให้ปรับเรื่องเตียงให้มั่นคงเป็นเตียงทางการแพทย์ 80*180CM)



10. ห้องเจาะเลือด และห้องปฏิบัติการให้มิดังขยะติดเชื้อและถังขยะทั่วไป LABEL ให้ชัดเจน (ปรับแล้วเหลือพื้นถังขยะทั่วไปให้กับห้องปฏิบัติการ)

11. จัดให้มีเก้าอี้สำหรับเทคนิคการแพทย์ (ปรับให้มีแล้ว)



11 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้อยู่ในห้องเจาะเลือด(มีแล้ว เป็น SET BOX)

12 อ่างล้างมือโดยไม่มีมือเปิดให้มิด้านโยกยาว สบู่ล้างมือทิชชูเช็ดมือให้พร้อม (มีแล้ว)

13. TUBE ตรวจสอบต้องเขียนชื่อให้ชัดเจนส่งตรวจพร้อมใบ REQUEST

15 ใบรับจดแจ้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง CHEM ทางการแพทย์ให้ย่นขนาดแล้วติดไว้ที่ตัวเครื่อง แจ้งให้ชัดเจน (รอปรับปรุง)



16 คู่มือการใช้เครื่องอัติโนมัติภาษาไทย ติดที่ผนัง (รอปรับปรุง)

17 ตู้เย็นเก็บน้ำยาจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์และ การบันทึกอุณหภูมิทุกวัน (รอปรับปรุง)

18 การจัดวางน้ำยาและสิ่งส่งตรวจในตู้เย็น ต้องมีระเบียบ

น้ำยาอยู่ 2 ชั้นบนเลอดจะอยู่ด้านล่างและห้ามวางน้ำยาที่บานประตูตู้เย็น



19 จากกันโซน ก่อนขึ้นบันไดแบ่งแสดงให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว (รอปรับปรุง อวหาจากกัน)



20 ประตูทางเข้าออกห้องตรวจทั้ง 2 ด้าน ต้องเป็นประตูเปิด-ปิดที่มั่นคงแข็งแรงสามารถปกปิดความลับของผู้ป่วยได้ บานเปิดแล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 ซม (รอปรับปรุง)

